Mode d'emploi

Sonde urinaire hydrophile à usage unique avec solution (eau, sel)

Lavez vos mains à l'eau et au savon.



1. *Pressez pour libérer la solution (eau, sel) et la sonde est prête à l'emploi.*



2. *Tirez la languette vers le bas pour ouvrir.*

3. *Utilisez la languette adhésive au verso si vous souhaitez suspendre le produit.*



4. *Faites glisser le guide d'insertion sous le godet pour mieux contrôler l'insertion sans toucher la sonde.*

Option supplémentaire



A. *Pliez l'emballage et utilisez la fente pour le maintenir.*



INFORMATIONS IMPORTANTES

Ce produit est un dispositif médical de Classe I stérile, à usage unique, organisme notifié N°0086. Une fois utilisé, le revêtement sera altéré et la sonde ne sera plus stérile. Utiliser exclusivement la solution (eau, sel) fournie pour humidifier la sonde. Lire attentivement le mode d'emploi.

Wellspect HealthCare
7 rue Eugène et Armand Peugeot 92563 Rueil-Malmaison Cedex.
Tél. : 01 41 39 04 59. Fax : 01 41 39 02 44. www.lofric.fr

© 2012 Wellspect HealthCare, a DENTSPLY International Company. Tous droits réservés. 75708-FR-1211